

③定めようとする命令等の題名

○制定

JIS C61326-2-6	計測用，制御用及び試験室用の電気装置－電磁両立性要求事項－第 2-6 部：個別要求事項－体外診断用医療機器
JIS T0404	持続的血液ろ（濾）過器のインビトロ（ <i>in vitro</i> ）血栓性試験方法
JIS T3211-4	滅菌済み輸液セottoー第 4 部：自然落下式単回使用滅菌済み輸液セotto
JIS T3211-5	滅菌済み輸液セottoー第 5 部：単回使用滅菌済み定量筒輸液セotto
JIS T3211-8	滅菌済み輸液セottoー第 8 部：ポンプ用単回使用滅菌済み輸液セotto
JIS T3211-9	滅菌済み輸液セottoー第 9 部：単回使用滅菌済みチューブ
JIS T3211-10	滅菌済み輸液セottoー第 10 部：単回使用滅菌済み輸液チューブの附属品
JIS T3211-11	滅菌済み輸液セottoー第 11 部：単回使用滅菌済み輸液フィルタ
JIS T3211-12	滅菌済み輸液セottoー第 12 部：単回使用滅菌済み逆止弁
JIS T3212-4	滅菌済み輸血セottoー第 4 部：自然落下式単回使用滅菌済み輸血セotto
JIS T3212-5	滅菌済み輸血セottoー第 5 部：ポンプ用単回使用滅菌済み輸血セotto
JIS T5913	歯科－パワードスケーラ
JIS T60601-2-68	医用電気機器－第 2-68 部：電子加速装置，粒子線治療装置及び放射性核種治療装置と組み合わせる X 線に基づく画像誘導放射線治療装置の基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項

○改正

JIS T0601-2-21	医用電気機器－第 2-21 部：乳幼児用放射式加温器の基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項
JIS T0841-1	最終段階で滅菌される医療機器の包装－第 1 部：材料，無菌バリアシステム及び包装システムに関する要求事項
JIS T0841-2	最終段階で滅菌される医療機器の包装－第 2 部：成形，シール及び組立プロセスのバリデーション

JIS T3251	気道用吸引カテーテル
JIS T5221-3	歯科用歯内療法器具－第3部：コンデンサ（プラグ及びスプレッタ）
JIS T60601-2-63	医用電気機器－第2-63部：歯科口外法用X線装置の基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項
JIS T60601-2-65	医用電気機器－第2-65部：歯科口内法用X線装置の基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項
JIS T62563-1	医用電気機器－医用画像表示システム－第1部：評価方法
JIS T6501	義歯床用レジン
JIS T6513	歯科用ゴム質弾性印象材
JIS T6528	歯科矯正床用レジン
JIS T7207	医用加湿器－加湿システムの一般的要求事項

○廃止

JIS C1806-2-6	計測，制御及び試験室用の電気装置－電磁両立性要求事項－第2－6部：個別要求事項－体外診断用医療機器
JIS T4102	腸線縫合糸
JIS T5109	歯科用電気エンジン
JIS T5906	歯科用ハンドピース－第1部：高速エアタービンハンドピース
JIS T5907	歯科用ハンドピース－ストレート及びギアードアングルハンドピース
JIS T5908	歯科用ハンドピース－歯科用エアモータ
JIS T5909	歯科用ハンドピース－歯科用低電圧モータ（マイクロモータ）
JIS T5910	歯科用ハンドピース－エアスケーラ及びスケーラチップ
JIS T5911	歯科用ハンドピース－電動スケーラ及びスケーラチップ