

医療機器に係る日本産業規格の制定案、改正案に関する御意見の
募集の結果について

令和 2 年 11 月 27 日
厚生労働省医薬・生活衛生局
医療機器審査管理課

厚生労働大臣所管の医療機器に係る日本産業規格の改正案、廃止案について、令和 2 年 8 月 11 日から令和 2 年 10 月 10 日まで電子政府の総合窓口等において御意見を募集しましたが、お寄せいただいた主な御意見等の概要とそれに対する厚生労働省の考え方について、別添にとりまとめましたので、公表いたします。御意見、御質問をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げます。

別添

JIS T 3259 オブチュレータ の改正案について

No.	寄せられた御意見の概要	厚生労働省の考え方
1	<p>対象規格： JIS T 3259 対象箇所： 4 構成及び各部の名称 意見： JIS T3259 原案は、下記の点で修正が必要と思います。ご検討ください。</p> <p>図 1 には key が 1 から 6 まであります。しかし、それらの名称は 1 から 3 までは記載されていますが、それ以降の記載がありません。</p> <p>図 1 の下部が、本文 5 要求事項の欄に重なっています。</p>	<p>ご指摘を踏まえ、当該箇所を修正させていただきます。</p>