

各 JIS 規格の改正の概要

JIS T 6002 歯科用金属材料の腐食試験方法

- ・ 本規格は、歯科用金属材料の腐食試験方法について規定したもので、2020 年に対応国際規格である ISO 10271 (Dental metallic materials—Corrosion test methods) が最新の技術水準に合わせて改訂されたことから、対応国際規格と整合させるための改正である。
- ・ 今回の主な改正は、以下のとおり。
 - ✓ 適用範囲において、歯科用アマルガム及び歯科矯正装置の除外規定を削除
 - ✓ 腐食試験用試験片の調製において、鑄造後の試験片から埋没材を除去するために行うサンドブラストのブラスト粒子の粒径を、貴金属材料（銀合金を含む。）と非貴金属材料とに分けて規定
 - ✓ 試験報告書の記載事項に、規格番号（発行年を含む。）及び規格名称並びに実施した試験方法及び試験日を追加
 - ✓ 歯科用アマルガムに対する試験方法を追加
 - ✓ 口くう（腔）内で使用する材料であることから、湿式腐食現象の一つである隙間腐食の試験方法を追加